

**Первичная специализированная аккредитация
специалистов здравоохранения**

**Паспорт
экзаменационной станции**

**Регистрация и интерпретация
электрокардиограммы**

Специальности:

Кардиология

Терапия

Функциональная диагностика

Оглавление

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции)	4
2. Продолжительность работы станции	4
3. Задача станции.....	5
4. Информация по обеспечению работы станции	5
4.1. Рабочее место члена АПК.....	5
4.2. Рабочее место аккредитуемого	5
4.2.1. Перечень мебели и прочего оборудования	5
4.2.2. Перечень медицинского оборудования.....	6
4.2.3. Расходные материалы	6
4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики.....	6
5. Перечень ситуаций (сценариев) станции	7
6. Информация (брифинг) для аккредитуемого	7
7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала на подготовительном этапе (перед началом работы на станции).....	7
8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы станции	7
9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции	8
10. Справочная информация для аккредитуемого/членов АПК (Приложение 1).....	9
11. Критерии оценивания действий аккредитуемого.....	9
12. Алгоритм выполнения навыка	9
13. Оценочный лист (чек-лист)	11
14. Медицинская документация.....	13
15. Форма заключения для самостоятельного заполнения аккредитуемым.....	15
16. Сведения о разработчиках паспорта.....	17
Приложение 1.....	18

Общие положения. Паспорта станций (далее станции) объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) для второго этапа первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации специалистов представляют собой документ, включающий необходимую информацию по оснащению станции, брифинг (краткое задание перед входом на станцию), сценарии, оценочные листы (далее чек-лист), источники информации, справочный материал и т.д., и предназначены в качестве методического и справочного материала для оценки владения аккредитуемым лицом конкретным практическим навыком (умением), и могут быть использованы для оценки уровня готовности специалистов здравоохранения к профессиональной деятельности.

Оценивание особенностей практических навыков по конкретной специальности может быть реализовано через выбор конкретных сценариев. Данное решение принимает аккредитационная подкомиссия по специальности (далее АПК) в день проведения второго этапа аккредитации специалистов.

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков условие задания и чек-лист являются едиными для всех.

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на второй этап аккредитации в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь индивидуальные средства защиты.

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции)

1.1. Специальность «Кардиология»

Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года № 140н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-кардиолог» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 апреля 2018 года, регистрационный номер № 50906).

Трудовая функция: А/01.8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы с целью постановки диагноза.

1.2. Специальность «Терапия»

Проект профессионального стандарта «Врач-терапевт».

Трудовая функция: Диагностика заболеваний и (или) состояний по профилю «терапия».

1.3. Специальность «Функциональная диагностика»

Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 г. № 138н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач функциональной диагностики» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 года, регистрационный номер № 54300).

Трудовая функция: А/02.8 Проведение исследования и оценка состояния функции сердечно-сосудистой системы.

2. Продолжительность работы станции

Общее время выполнения навыка – 10 минут.

Время нахождения на станции – не менее 8,5 минут (в случае досрочного выполнения практического навыка аккредитуемый остается внутри станции до голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»).

Таблица 1

Тайминг выполнения практического навыка

Время озвучивания команды	Голосовая команда	Действие аккредитуемого	Время выполнения навыка
0'	Ознакомьтесь с заданием станции	Ознакомление с заданием (брифингом)	0,5'
0,5'	Войдите на станцию и озвучьте свой логин	Начало работы на станции	8,5'
8,0'	У Вас осталась одна минута	Продолжение работы на станции	
9,0'	Перейдите на следующую станцию	Покидает станцию и переходит на следующую станцию согласно индивидуальному маршруту	1'

3. Задача станции

Демонстрация аккредитуемым лицом алгоритма регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) и оценка результатов исследования по предлагаемой форме на компьютере.

Примечание: оценка навыков сбора анамнеза, гигиенической обработки рук, общения с «трудным» пациентом не проводится.

4. Информация по обеспечению работы станции

Для организации работы станции должны быть предусмотрены:

4.1. Рабочее место члена АПК

Таблица 2

Рабочее место члена АПК

№ п/п	Перечень оборудования	Количество
1	Стол рабочий (рабочая поверхность)	1 шт.
2	Стул	2 шт.
3	Компьютер с выходом в Интернет для доступа к автоматизированной системе аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России	1 шт.
4	Устройство для трансляции видео- и аудиозаписей ¹ с места работы аккредитуемого с возможностью давать вводные, предусмотренные паспортом станции	1 шт.

В случае возникновения технического сбоя работа на станции ОСКЭ прекращается до устранения неполадок, бумажные версии чек-листов не распечатываются.

4.2. Рабочее место аккредитуемого

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование (оснащение) и расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых):

4.2.1. Перечень мебели и прочего оборудования

Таблица 3

Перечень мебели и прочего оборудования

№ п/п	Перечень мебели и прочего оборудования	Количество
1	Стол рабочий	1 шт.
2	Стул	1 шт.
3	Кушетка для размещения манекена	1 шт.
4	Раковина с локтевым смесителем ² / антисептик для рук	1 шт.

¹ По согласованию с председателем АПК устройство с трансляцией видеозаписи работы аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись.

5	Диспенсер для одноразовых полотенец	1 шт.
6	Диспенсер для жидкого мыла	1 шт.
7	Калькулятор	1 шт.
8	Компьютер с выходом в Интернет для доступа к автоматизированной системе аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России	1 шт.

4.2.2. Перечень медицинского оборудования

Таблица 4

Перечень медицинского оборудования

№ п/п	Перечень медицинского оборудования	Количество
1	Электрокардиограф 12-канальный	1 шт.
2	Электроды для конечностей и грудные	1 шт.
3	Флакон электродного геля (имитация)	1 шт.
4	Линейка-ЭКГ	1 шт.
5	Закрепленный пакет для сбора отходов класса А	1 шт.
6	Закрепленный пакет для сбора отходов класса Б	1 шт.

4.2.3. Расходные материалы

Таблица 5

Расходные материалы (в расчете на 1 попытку аккредитуемого)

№ п/п	Перечень расходных материалов	Количество (на 1 попытку аккредитуемого)
1	Смотровые перчатки разных размеров (S, M, L)	1 пара
2	Спиртовая салфетка	1 шт.
3	Бумажная салфетка	1 шт.
4	Одноразовая медицинская пеленка	1 шт.
6	Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях	1 шт.
7	Бланк информированного добровольного согласия	1 шт.

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики

1. Электрокардиограф с проводами.
2. Манекен для постановки электродов для ЭКГ.

² В случае, если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается имитация средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала.

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции

Выбор электрокардиограммы (ЭКГ) производится на компьютере автоматически из единого банка ЭКГ из автоматизированной системы аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России в день проведения второго этапа первичной специализированной аккредитации специалистов.

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого

Вам необходимо выполнить электрокардиографию и провести интерпретацию полученной записи, заполнив предлагаемую форму заключения на компьютере.

Не проводите сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни.

Озвучивайте всё, что считаете необходимым при общении с пациентом.

Запись ЭКГ можно увеличивать/уменьшать.

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала³ на подготовительном этапе (перед началом работы на станции)

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому паспорту с учётом количества аккредитуемых лиц.
2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов.
3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию.
4. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения (при наличии таковой).
5. Получение логина и пароля для входа в автоматизированную систему аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России и вход в нее. Сверка своих персональных данных.
6. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы станции.

8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы станции

1. Включение видеокамеры при команде: «Ознакомьтесь с заданием станции» (при необходимости).
2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при необходимости).
3. Внесение индивидуального номера из логина, полученного перед прохождением первого этапа процедуры аккредитации в чек-лист в автоматизированной системе аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России.
4. Проведение регистрации последовательности и правильности действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии с параметрами в чек-листе.

³ Для удобства и объективности оценки выполнения практического навыка целесообразно помимо члена АПК привлечение еще одного специалиста (из числа членов АПК или вспомогательного персонала).

Член АПК визуально наблюдает за действиями аккредитуемого, управляет камерами и чек-листом; второй член АПК/вспомогательный персонал также визуально наблюдает за действиями аккредитуемого, дает ему обратную связь и управляет симуляторами/тренажерами.

5. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента и обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) (таблица 6).

6. Соблюдение правил: не говорить ничего от себя, не вступать в переговоры, даже если Вы не согласны с мнением аккредитуемого. Не высказывать требования типа: «Продолжайте!», «Наложите электроды!», «Интерпретируйте ЭКГ!» и т.п.; задавать вопросы: «Вы уверены?», «Наложите еще раз?» и т.п.

7. После команды аккредитуемому «Перейдите на следующую станцию» приведение используемого симуляционного оборудования и помещения в первоначальный вид.

Для членов АПК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения чек-листа. Промежуток времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 минут).

Таблица 6

**Примерные тексты вводной информации
в рамках диалога члена АПК и аккредитуемого**

№ п/п	Действие аккредитуемого	Текст вводной
1.	При уточнении ФИО и возраста пациента	Иванов Иван Иванович, 50 лет
	При попытке начать мыть руки	Будем считать, что руки обработаны
	При вопросе о самочувствии	Нормально
	При проверке наличия добровольного информированного согласия	Будем считать, что добровольное информированное согласие получено
	При попытке спросить данные анамнеза жизни и/или заболевания	Предоставление данной информации не предусмотрено
	При попытке вывода записи ЭКГ	Закончите манипуляцию и перейдите к заполнению предлагаемой формы
	При попытке утилизировать одноразовую медицинскую пленку	Будем считать, что одноразовая медицинская пленка утилизирована
	При попытке увеличить ЭКГ	ЭКГ можно увеличить нажатием на неё

9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции

1. Положение об аккредитации специалистов – актуальный приказ Минздрава России на момент проведения процедуры аккредитации специалистов.
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 г. N 138н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач функциональной диагностики».
3. Руководство по электрокардиографии / В.Н. Орлов. — 9-е изд., испр. — Москва: ООО «Медицинское информационное агентство», 2017. — 560 с. : ил.
4. Клиническая электрокардиография / Франклин Циммерман. М.: «Издательство БИНОМ», 2002. — 448 с., ил.

10. Справочная информация для аккредитуемого/членов АПК (Приложение 1)**11. Критерии оценивания действий аккредитуемого**

В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок:

- «Да» – действие произведено;
- «Нет» – действие не произведено.

Каждая позиция вносится членом АПК в электронный чек-лист.

12. Алгоритм выполнения навыка

Алгоритм выполнения практического навыка может быть использован для обучения и подготовки к прохождению данного навыка в рамках первичной или первичной специализированной аккредитации.

№ п/п	Действие аккредитуемого
1.	Поздороваться с пациентом
2.	Представиться, обозначить свою роль
3.	Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией:
	✓ фамилию
	✓ имя
	✓ отчество
	✓ возраст
4.	Предложить пациенту сесть на стул
5.	Осведомиться о самочувствии пациента, обратившись к нему по имени и отчеству
6.	Информировать пациента о предстоящей манипуляции
7.	Убедиться, что информированное добровольное согласие на проведение манипуляции получено
8.	Убедиться, что есть всё необходимое:
	✓ одноразовая медицинская пеленка
	✓ спиртовая салфетка
	✓ бумажная салфетка
	✓ электрокардиограф с проводами
	✓ красный плоский электрод
	✓ желтый плоский электрод
	✓ зеленый плоский электрод
	✓ черный плоский электрод
	✓ электрод V1 с грушей
	✓ электрод V2 с грушей
	✓ электрод V3 с грушей
	✓ электрод V4 с грушей
	✓ электрод V5 с грушей
	✓ электрод V6 с грушей
	✓ закрепленный пакет для сбора отходов класса А
	✓ закрепленный пакет для сбора отходов класса Б
9.	Обработать руки гигиеническим способом и при необходимости надеть перчатки
10.	Проверить целостность упаковки спиртовой салфетки

11.	Проверить срок годности спиртовой салфетки
12.	Проверить целостность упаковки электродного геля
13.	Проверить срок годности электродного геля
14.	Убедиться в том, что одноразовая медицинская пеленка расстелена на кушетке
15.	Попросить пациента освободить от одежды и металлических украшений
	✓ торс
	✓ голеностопные суставы
	✓ лучезапястные суставы
16.	Попросить пациента
	✓ лечь на кушетку на спину
	✓ положить руки вдоль туловища
	✓ ноги не скрещивать
17.	Оценить волосяной покров и сделать вывод о необходимости бритья грудной клетки
18.	Убедиться, что кабель электродов подсоединен к электрокардиографу
19.	Убедиться, что электроды соединены с проводами в соответствии с цветовой маркировкой
20.	Нанести электродный гель на места наложения электродов:
	✓ на внутреннюю поверхность правого предплечья
	✓ на внутреннюю поверхность левого предплечья
	✓ на внутреннюю поверхность правой голени на 4-5 см выше лодыжки
	✓ на внутреннюю поверхность левой голени на 4-5 см выше лодыжки
	✓ на точку наложения электрода V1 в IV межреберье по правому краю грудины
	✓ на точку наложения электрода V2 в IV межреберье по левому краю грудины
	✓ на точку наложения электрода V4 в V межреберье по срединно-ключичной линии
	✓ на точку наложения электрода V3 между V2 и V4
	✓ на точку наложения электрода V5 в V межреберье по передней подмышечной линии
	✓ на точку наложения электрода V6 в V межреберье по средней подмышечной линии
21.	Наложить красный плоский электрод на внутреннюю поверхность правого предплечья
22.	Наложить желтый плоский электрод на внутреннюю поверхность левого предплечья симметрично красному
23.	Наложить зеленый плоский электрод на внутреннюю поверхность левой голени на 4-5 см выше лодыжки
24.	Наложить черный плоский электрод на внутреннюю поверхность правой голени симметрично зеленому
25.	Наложить электрод V1 в IV межреберье по правому краю грудины
26.	Наложить электрод V2 в IV межреберье по левому краю грудины
27.	Наложить электрод V4 в V межреберье по срединно-ключичной линии
28.	Наложить электрод V3 между V2 и V4
29.	Наложить электрод V5 в V межреберье по передней подмышечной линии
30.	Наложить электрод V6 в V межреберье по средней подмышечной линии

31.	Включить электрокардиограф, нажав на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»
32.	Убедиться в правильности настройки регистрации ЭКГ:
	✓ скорость движения ленты 25 мм/с
	✓ контрольный мВ - 10 мм
	✓ режим автоматический
33.	Попросить пациента не шевелиться
34.	Зарегистрировать ЭКГ, нажав на кнопку «ПУСК»
35.	Попросить пациента задержать дыхание на вдохе
36.	Повторно зарегистрировать ЭКГ, нажав на кнопку «ПУСК»
37.	Выключить электрокардиограф
38.	Отсоединить по одному электроду от пациента
39.	Предложить пациенту бумажную салфетку
40.	Сказать пациенту, что манипуляция закончена
41.	Сказать пациенту, что он может одеться и подождать в коридоре
42.	Сказать пациенту, что заключение будет сделано в письменной форме
43.	Утилизировать одноразовую медицинскую пленку в закрепленный пакет для сбора отходов класса Б
44.	Вскрыть упаковку спиртовой салфетки и утилизировать ее в закрепленный пакет для сбора отходов класса А
45.	Спиртовой салфеткой обработать внутренние поверхности электродов
46.	Утилизировать спиртовую салфетку в закрепленный пакет для сбора отходов класса Б
47.	Убрать на место электродный гель, электроды
48.	Обработать руки гигиеническим способом
49.	Заполнить заключение

13. Оценочный лист (чек-лист)

Используется для оценки действий аккредитуемого при прохождении станции.

№ п/п	Действие аккредитуемого	Критерии оценки
1.	Установил контакт с пациентом (поздоровался, представился, обозначил свою роль)	✓ да ☐ нет
2.	Идентифицировал пациента (попросил пациента представиться, назвать возраст, сверил данные с медицинской документацией)	✓ да ☐ нет
3.	Осведомился о самочувствии пациента, обратившись к нему по имени и отчеству	✓ да ☐ нет
4.	Убедился, что информированное добровольное согласие на проведение манипуляции получено	✓ да ☐ нет
5.	Убедился, что есть все необходимое. Проверил целостность упаковок и сроки годности спиртовой салфетки и электродного геля	✓ да ☐ нет
6.	Обработал руки и при необходимости надел перчатки	✓ да ☐ нет
7.	Убедился, что одноразовая медицинская пленка расстелена на кушетке	✓ да ☐ нет
8.	Попросил пациента освободить от одежды места наложения	✓ да ☐ нет

	электродов и лечь на спину (положить руки вдоль туловища, ноги не скрещивать)	
9.	Убедился, что кабель электродов подсоединен к электрокардиографу	✓ да ☐ нет
10.	Убедился, что электроды соединены с проводами в соответствии с цветовой маркировкой	✓ да ☐ нет
11.	Нанес электродный гель на предполагаемые места установки электродов	✓ да ☐ нет
12.	Наложил красный плоский электрод на внутреннюю поверхность правого предплечья	✓ да ☐ нет
13.	Наложил желтый плоский электрод на внутреннюю поверхность левого предплечья симметрично красному	✓ да ☐ нет
14.	Наложил зеленый плоский электрод на внутреннюю поверхность левой голени на 4-5 см выше лодыжки	✓ да ☐ нет
15.	Наложил черный плоский электрод на внутреннюю поверхность правой голени симметрично зеленому	✓ да ☐ нет
16.	Наложил электрод V1 в IV межреберье по правому краю грудины	✓ да ☐ нет
17.	Наложил электрод V2 в IV межреберье по левому краю грудины	✓ да ☐ нет
18.	Наложил электрод V4 в V межреберье по срединно-ключичной линии	✓ да ☐ нет
19.	Наложил электрод V3 между V2 и V4	✓ да ☐ нет
20.	Наложил электрод V5 в V межреберье по передней подмышечной линии	✓ да ☐ нет
21.	Наложил электрод V6 в V межреберье по средней подмышечной линии	✓ да ☐ нет
22.	Включил электрокардиограф	✓ да ☐ нет
23.	Убедился в правильности настройки регистрации ЭКГ	✓ да ☐ нет
24.	Осуществил запись ЭКГ, в том числе на вдохе	✓ да ☐ нет
25.	Снял электроды с пациента, отключил электрокардиограф	✓ да ☐ нет
26.	Предложил пациенту бумажную салфетку	✓ да ☐ нет
27.	Обработал электроды, убрал их и электродный гель на место	✓ да ☐ нет
28.	Обработал руки	✓ да ☐ нет
29.	Сформулировал верное заключение*	X

* Компьютерная оценка правильности заполнения аккредитуемым лицом заключения проводится автоматически. Данный пункт не заполняется членом АПК в чек-листе.

В случае возникновения технического сбоя работа на станции ОСКЭ прекращается до устранения неполадок в связи с невозможностью заполнения аккредитуемым заключения.

14. Медицинская документация

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО № _____

1. Фамилия Иванов
2. Имя Иван
3. Отчество Иванович
4. Пол: муж.
5. Дата рождения: 11 ноября XX год
6. Место регистрации: г. Москва, ул. Балтийская, 18
7. Полис ОМС: серия 000000 № 0000000000
8. СНИЛС 000-000-000 00
9. Наименование страховой медицинской организации «ASC-G»
10. Код категории льготы _____
11. Документ паспорт : серия 1111 № 111111

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕБНУЮ (ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ) МАНИПУЛЯЦИЮ (ПРОЦЕДУРУ)

Я, Иванов Иван Иванович,
(фамилия, имя, отчество)

« 11 » ноября xx г. рождения,

зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Балтийская, 18

(адрес места жительства гражданина, либо его законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на следующие виды медицинских вмешательств, включенных в перечни определенных видов медицинских вмешательств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. № 390 н (далее - Перечни), Федеральным законом от 30 марта 1995 г. №38-ФЗ (в редакции от 02.07.2013г.), распоряжением Департамента здравоохранения г. Москвы от 14 апреля 2006 г. N 260-р,
регистрацию электрокардиограммы

Медицинским работником

XXX

(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечни, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446).

Мне разъяснены и понятны суть моего заболевания и опасности, связанные с дальнейшим развитием этого заболевания. Я понимаю необходимость проведения указанной манипуляции (процедуры). Мне полностью ясно, что во время указанной манипуляции (процедуры) или после нее могут развиваться осложнения, что может потребовать дополнительных вмешательств (лечения). Я уполномочиваю врачей выполнить любую процедуру или дополнительное вмешательство, которое может потребоваться в целях лечения, а также в связи с возникновением непредвиденных ситуаций.

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

<u>Иванов И.И.</u>	<u>XX</u>
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)	(подпись)

<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
(Ф.И.О. медицинского работника)	(подпись)

15. Форма заключения для самостоятельного заполнения аккредитуемым

В данном разделе приведена форма заключения, которая заполняется аккредитуемым лицом на компьютере.

Распечатывать форму заключения для самостоятельного заполнения аккредитуемым не требуется.

Шаблон ЭКГ**1. Ритм:**

- Синусовый ☐
- Нижнепредсердный ☐
- Миграция водителя ритма по предсердиям ☐
- Фибрилляция предсердий ☐
- Трепетание предсердий ☐
- АВУРТ ☐

2. Выберите минимальную и максимальную ЧСС (ЧСЖ):

- Менее 50 ☐
- От 50 до 101 ☐
- 101 и более ☐

3. Наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭС):

- Нет ☐
- Единичная НЖЭС ☐
- Куплет ☐
- Триплет ☐

4. Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС):

- Нет ☐
- Редкая одиночная ЖЭС ☐
- Куплет ☐
- Триплет ☐

5. Оценка атриовентрикулярной проводимости:

- Нет нарушений ☐
- Атриовентрикулярная блокада 1 степени ☐
- Атриовентрикулярная блокада 2 степени Мобиц 1 ☐
- Атриовентрикулярная блокада 2 степени Мобиц 2 ☐
- Атриовентрикулярная блокада 3 степени ☐
- Трепетание предсердий с переменным коэффициентом проведения ☐
- Трепетание предсердий ☐
- Невозможно оценить атриовентрикулярную проводимость ☐
- Имеются признаки дополнительного проводящего пути ☐

6. Оценка внутрижелудочковой проводимости:

- Нет нарушений ☐
- Полная блокада правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ) ☐
- Полная блокада левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ) ☐
- Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса (БПВЛНПГ) ☐
- Увеличение длительности комплекса QRS из-за дельта волны ☐

7. Оценка гипертрофии левого желудочка:

- Достоверных признаков гипертрофии левого желудочка нет ☐
- Имеются достоверные признаки гипертрофии левого желудочка ☐

8. Наличие патологического зубца Q:

- Нет патологического Q зубца ☐
- Есть патологический Q зубец ☐

9. Признаки острого, подострого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) :

- Нет убедительных признаков острого, подострого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST ☐
- Передне-перегородочный ☐
- Передне-верхушечный ☐
- Распространенный передний ☐
- Нижний ☐
- Нижнебоковой ☐

10. Дополнительная информация по данной ЭКГ:

- Нет ☐
- Полная блокада ножки пучка Гиса ☐
- Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) ☐
- Нельзя исключить ОКС без подъема сегмента ST, необходима оценка клинического статуса (ОКСбпST) ☐
- Нельзя исключить ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) ☐

16. Сведения о разработчиках паспорта

16.1 Организации-разработчики:

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,

ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России,

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России,

ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России,

ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России.

Приложение 1

Справочная информация

1. При получении записи ЭКГ написать (проверить, что имеется):
 - фамилию,
 - имя,
 - отчество,
 - дату рождения,
 - дату и время съемки ЭКГ.
2. Обработать плоские и грудные электроды необходимо после каждого пациента с помощью спиртовой салфетки или антисептика в пульверизаторе.
3. Перед снятием ЭКГ следует нанести электродный гель/воду с помощью пульверизатора.
4. Перед снятием ЭКГ убедиться в правильности настройки регистрации ЭКГ
 - скорость движения ленты 25 мм/с, 50 мм/с,
 - контрольный мВ - 10 мм,
 - режим автоматический.



